

Уральский научно-исследовательский институт метрологии –
филиал Федерального государственного унитарного предприятия
«Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии им.Д.И.Менделеева»
Провайдер межлабораторных сличительных испытаний (МСИ)
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.430158

620075, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, 4
тел.: +7 (343) 350 26 18, факс: +7 (343) 350 20 39, uniim@uniim.ru, www.uniim.ru

Межлабораторные сличительные испытания
по определению показателей состава рыбы
Раунд МСИ 222-РЫБ-04/2022

Заключение о качестве результатов испытаний

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Тверская межобластная ветеринарная лаборатория»

Испытательная лаборатория Федерального государственного бюджетного учреждения «Тверская межобластная ветеринарная лаборатория»

170007, РОССИЯ, Тверская область, г. Тверь, ул. Шишкова, д. 100

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.21ПХ30

Код участника: РЫБ.73

Обозначение образца для МСИ: ОК 222-РЫБ-04/2022

Контролируемый показатель	Массовая доля свинца, мг/кг	Массовая доля кадмия, мг/кг	Массовая доля мышьяка, мг/кг
Приписанное значение образца для МСИ, X	0,65	0,73	1,31
Погрешность приписанного значения образца для МСИ, Δ_0	0,04	0,04	0,11
Обозначение методики измерений	ГОСТ 30178-96	ГОСТ 30178-96	М-02-1009-08
Результат измерений, x	0,60	0,69	1,1
Допускаемая погрешность	0,28	0,28	0,58
Критерий оценки, значение z-индекса	-0,4	-0,3	-0,7
Вывод о качестве результата измерений	Удовл.	Удовл.	Удовл.

Качество результатов измерений оценено в соответствии с ГОСТ Р 50779.60-2017 путём сравнения значения z-индекса с установленным нормативом контроля

- при $|z| \leq 2$ – результаты измерений признают удовлетворительными;
- при $2 < |z| < 3$ – результаты измерений признают сомнительными;
- при $|z| \geq 3$ – результаты измерений признают неудовлетворительными.

Руководитель провайдера МСИ

С.В. Плясунова

Координатор раунда МСИ

М.В. Котов

Дата оформления: 12 апреля 2023 года

Уральский научно-исследовательский институт метрологии - филиал
Федерального государственного унитарного предприятия
«Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии им.Д.И.Менделеева»
(УНИИМ – филиал ФГУП «ВНИИМ им.Д.И.Менделеева»)

620075, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, 4
тел: +7(343)350-26-18, факс: +7(343)350-20-39, uniim@uniim.ru, www.uniim.ru

Провайдер межлабораторных сличительных испытаний RA.RU.430158



ВНИИМ
им. Д.И.Менделеева

СВИДЕТЕЛЬСТВО
ОБ УЧАСТИИ ЛАБОРАТОРИИ
В ПРОВЕРКЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПОСРЕДСТВОМ
МЕЖЛАБОРАТОРНЫХ СЛИЧИТЕЛЬНЫХ
ИСПЫТАНИЙ

МСИ 222-РЫБ-04/2022

**Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Тверская межобластная ветеринарная лаборатория»**

**Испытательная лаборатория Федерального
государственного бюджетного учреждения «Тверская
межобластная ветеринарная лаборатория»**

**170007, РОССИЯ, Тверская область, г. Тверь,
ул. Шишкова, д. 100**

**В период с декабря 2022 г. по апрель 2023 г. лаборатория приняла
участие в межлабораторных сличительных испытаниях по
определению показателей состава**

рыбы

Руководитель провайдера МСИ



С.В. Плясунова

серия МСИ № 007147